Konopiska, 26.08.2010r.

SP ZOZ/ 187/10

Dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w odpowiedzi na zapytania Oferenta dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

Pyt. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat usg wyposażony w głowicę endowaginalną o kącie skanu 168 stopni? Tak mała różnica w żaden sposób nie wpływa na jakość obrazowania.

Odp. Tak.

Dyrektor SP ZOZ GOZ Konopiska

Anna Pogorzelska